




Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirjaamo@stm.fi

Viite: Lausuntopyyntö STM100:00/2016
 STM/4524/2016

Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Vaasan sairaanhoitopiirissä asiaan ovat perehtyneet ylifyysikko Juha Rajala, ylifyysikko Eini Niskanen ja sairaalafyysikko Helena Kiiliäinen. Heidän kommenttinsa liitteenä olevassa lomakkeessa.



Auvo Rauhala
Johtajaylilääkäri
Vaasan sairaanhoitopiiri

Lomake uuden säteilylain hallituksen esityksen kommentointia varten

Kommenttoja: ylifyysikko Juha Rajala, ylifyysikko Eini Niskanen, sairaalafyysikko Helena Kiiliäinen pvm: 11.1.2017			
Kommentin numero	Luku, sivun nro/§	Yleinen kommentti/ Ehdotus uudeksi tekstiksi/ Yksittäinen korjaus	Perustelut
1	s.178, 19 §	3) turvallisuusluparekisteri, joka sisältää tiedot säteilytoiminnoista ja niihin liittyvistä toiminnanharjoittajista, säteilyturvallisuusvastaavista, säteilytoiminnan johtamisjärjestelmistä , säteilylähteistä ja säteilytoiminnan harjoittamispaikoista	Turvallisuusluparekisteriin tulisi tallettaa tieto myös säteilytoiminnan johtamisjärjestelmästä.
2	s.181, 30 §	Tulisiko pykälässä 30 olla myös momentti 2 koskien toiminnanharjoittajan velvollisuutta varmistua itsenäisten ammatinharjoittajien kelpoisuuksista ja täydennyskoulutuksen toteutumisesta, mikäli hän niitä käyttää?	Yksityiskohtaisessa lakiesityksen selvityksessä mainitaan kyseisen pykälän kohdalla 3 momenttia (s. 65), mutta itse lakiesityksessä momentteja on vain 2.
3	s.181, 32 §	Säteilyturvallisuusvastaavana terveydenhuollon röntgentoiminnassa tai eläinröntgentoiminnassa voi toimia myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu röntgenhoitaja, mikäli toiminta on korkeintaan vaativuusluokan II säteilytoimintaa.	Ensisijaisesti säteilyturvallisuusvastaavana tulisi toimia sairaalafyysikko tai radiologian erikoislääkäri. Koska varsinkin pienten terveystieteiden röntgeneissä ei aina ole vakituisesti paikalla olevaa radiologia tai sairaalafyysikkoo, mahdollisuus nimetä röntgenhoitaja säteilyturvallisuusvastaavaksi on hyvä uudistus. Röntgenhoitajan oikeus toimia säteilyturvallisuusvastaavana tulisi kuitenkin rajata korkeintaan vaativuusluokan II säteilytoimintaan.
5	s.191, 67§	Määritelmiin (5§) tulee lisätä orpojen lähteiden määritelmä.	Pykälässä 67§ mainittujen orpojen lähteiden määritelmä puuttuu
4	s.215,156§	Sairaalafyysikot, joilla on säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyys säteilyn yleiskäytössä lääketieteessä ennen tämän lain voimaantuloa ja enintään 31 päivään joulukuuta 2018, ovat päteviä toimimaan säteilyturvallisuusasiantuntijoina.	Siirtymäsäädöksiin tulisi lisätä momentti koskien sairaalafyysikoiden säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyyttä.