

Asia: VN/18222/2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mainittuun esitykseen liittyvät asetukset

Laki Säteilyturvakeskuksesta

Lausunto luonnoksesta

-

Laki STUK International Oy:stä

Lausunto luonnoksesta

-

Säteilylaki

Lausunto luonnoksesta

Sairaanhoitajaliitolla ei ole kommentoitavaa muutoksiin muuten kuin, että pidämme hyvänä ja tarpeellisena muutosta käytöstä poistettujen röntgenlaitteiden vaarattomiksi tekemisestä ja viiden vuoden säilyttämisvaatimuksen purkamisesta:

Lain 49 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetyissä tilanteissa terveydenhuollon ja eläinlääketieteen röntgenlaite voidaan poistaa luvasta, jos sen käyttö lopetetaan, vaikkakin sitä pidettäisiin edelleen hallussa. Nykylain mukaan sallittua on tällaisten laitteiden poistaminen kirjanpidosta, kun viisi vuotta on kulunut niiden poistamisesta käytöstä. Säteilyturvallisuuden kannalta ei kuitenkaan olisi tarkoituksenmukaista, että täysin toimintakuntoisia säteilylaitteita päätyisi kirjanpidon ulkopuolelle. Tästä syystä kirjanpidon ulkopuolella voisivat olla vain ne laitteet, jotka on tehty vaarattomiksi, eikä niitä enää voitaisi käyttää. Muutosehdotuksella varmistettaisiin se, ettei valvonnassa olisi tältä osin ”aukkoa”.

Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta

Lausunto luonnoksesta

-

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta

-

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta

-

Karhe Liisa
Suomen sairaanhoitajaliitto ry